

ΕΠΧ. 00200

Θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές για επίθεμα στερέωσης ρινογαστρικού καθετήρα στην μύτη»

Το επίθεμα να είναι αυτοκόλλητο, κατασκευασμένο από διαπνεόμενο υλικό, να προλαμβάνει τον ερεθισμό, τη διάβρωση ή ακόμα και την νέκρωση του δέρματος. Να είναι ασφαλές και φιλικό στο δέρμα του ασθενή.

☐ Να διαθέτει διπλή σπειροειδή επικόλληση γύρω από τον σωλήνα για την βέλτιστη καθήλωση στη μύτη έως και 3 ημέρες.

☐ Να είναι προσχηματισμένο, ενιαίο και ελαστικό για να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα μύτης ενός ενήλικα ασθενή.

☐ Να συμβάλει στην αποφυγή μετακίνησης ή αφαίρεσης του ρινογαστρικού σωλήνα.

☐ Να διαθέτει πλαστικοποιημένα άκρα χωρίς αυτοκόλλητο για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς να κολλά στα γάντια

☐ Να είναι free latex και να διατίθεται σε δύο μεγέθη

A)Ενηλίκων

B)Παίδων

☐ Να σταλεί δείγμα προς αξιολόγηση