



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τέρμα Εγνατίας
Τ.Κ. : 582 00
ΠΛΗΡ. : Μ.Δόντσιου
ΤΗΛ. : 2381350370


Έδεσσα 22 Απριλίου 2024



Προς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ. «ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΗΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»


ΣΧΕΤ. Υπ' αριθμ. 3181/16-04-2024 Έγγραφο της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Για την ορθή λειτουργία των σταθερών λήψεων οξυγόνου στις κλινικές της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ακόλουθων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)
1	Ροόμετρο οξυγόνου γαλλικού τύπου διπλό (έξοδο αρσενικού μεταλλικού ρακόρ 9/16" για υγραντήρα – έξοδο μεταλλική για τοποθέτηση μάσκας νεφελοποίησης με το ρουξούνι). Να περιλαμβάνονται ανταλλακτικά ένας (1) υγραντήρας και ένα (1) ρουξούνι επιπλέον. Οι έξοδοι να μην είναι σε ευθεία διάταξη. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. Εγγύηση 2 ετών (Βλέπε σχετική φωτογραφία)		24

2	Ροόμετρο οξυγόνου τύπου FRO διπλό (έξοδο αρσενικού μεταλλικού ρακόρ 9/16" για υγραντήρα – έξοδο μεταλλική για τοποθέτηση μάσκας νεφελοποίησης με το ρουξούνι). Να περιλαμβάνονται ανταλλακτικά ένας (1) υγραντήρας και ένα (1) ρουξούνι επιπλέον. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. Εγγύηση 2 ετών (Βλέπε σχετική φωτογραφία)		23
3	Στεγανοποιητικός μηχανισμός λήψης O2 AFNOR GS		10
4	Κλείστρο λήψης O2 AFNOR GS		10
5	Χάλκινο φίλτρο λήψης O2 AFNOR GS		10

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικού



Δόντοισιου Μαρία