

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
23587	4	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΑΙΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	ΤΕΜ	8000	0,016€
62722	5	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 1000ml	ΤΕΜ	500	0,37€
24399	6	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 30ml	ΤΕΜ	500	0,105€
19889	7	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 5000ml	ΤΕΜ	100	1,47€
69570	8	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ	ΤΕΜ	500	0,125€
24472	9	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60ML, ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΒΙΔΩΤΙ ΚΑΠΑΚΙ	ΤΕΜ	8000	0,115€
24438	10	ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΒΙ-ΟΡΤΙΣΑ	ΤΕΜ	10	8,00€
25969	11	ΕΔΡΑΝΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΚΕΚΛΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΓΚΛΑΣ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΕΚΑΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (HOLDER ΠΙΠΕΤΩΝ)	ΤΕΜ	2	20,00€
23594	13	ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ	ΤΕΜ	150	0,516€
	14	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ - ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΠΟ -10 ΒΑΘΜΟΥΣ C ΕΩΣ 110 ΒΑΘΜΟΥΣ C	ΤΕΜ	6	5,00€
69576	15	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙ-ΟΡΤΙΣΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 24438 ΚΑΙ Α/Α 26	ΤΕΜ	3	8,00€
24249	16	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24 X 24mm ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΤΕΜ	25000	0,0035€
24248	17	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24 X 50mm ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΤΕΜ	7000	0,0062€
24487	18	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΦΙΑΛΗ 500ml	ΤΕΜ	2	54,00€
23330	20	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΧ ΤΥΠΟΥ FEATHER R-35	ΤΕΜ	1700	1,55€
24134	21	ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΕΣ για φωτόμετρο αιμοσφαιρίνης με συνοδό εξοπλισμό(τρεις συσκευές) ο οποίος να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: Να έχει υψηλή ειδικότητα, ευαισθησία και επαναληψιμότητα. Να έχει υψηλή ταχύτητα. Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10ml αίματος. Η βαθμονόμηση του να έχει γίνει με διεθνή μέθοδο αναφοράς για τον καθορισμό της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης στο αίμα και να αναφέρεται η σχετική μέθοδος. Να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου. Το αναλώσιμο (κυβέτες) και το αιμοσφαιρινόμετρο να αντέχουν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών στην αποθήκευση και την μεταφορά τους. Να χρησιμοποιεί κυβέτες μιας χρήσης. Να λειτουργεί με μπαταρία και ρεύμα. Να έχει μικρό βάρος. Να έχει δυνατότητα μνήμης και σύνδεσης με Η/Υ για αρχειοθέτηση.	ΤΕΜ	2000	0,0675€
24425	22	ΜΠΑΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ (Hansaplast)	ΤΕΜ	5000	0,0088€
24424	23	ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΡΟΛΟ 5CMX10CM	ΤΕΜ	50	7,00€
24156	24	ΠΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΟΥ 1ml ΜΑΚΡΙΑ 150mm ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ	ΤΕΜ	40000	0,0097€
65499	25	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ 100 - 1000μl	ΤΕΜ	1	53,50€
24153	26	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ 10-100μl	ΤΕΜ	1	53,50€
24112	27	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΑ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΞΕΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ	ΤΕΜ	6000	0,0152€
19982	28	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	ΤΕΜ	5000	0,0138€
24492	29	ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ NACRYL(100ΤΕΜ)	ΤΕΜ	1200	1,25€
24114	30	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ NEWBAUER	ΤΕΜ	1	20,55€
24373	40	ΠΩΜΑΤΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΗΝ 5ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜ	9000	0,0052€
24444	43	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΛΑΝΣΕΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΠΗΜΑ. Να παρέχουν με ικανοποιητική σε βάθος τομή (2-3,5mm) για να επιτευχθεί μια επαρκής ροή αίματος. Η ακίδα του σκαριφιστήρα να είναι τελείως καλυμμένη πριν και μετά την χρήση για να παρέχεται πλήρης προστασία στο προσωπικό (αποφυγή μεταδόσεων μολυσματικών ασθενειών λόγω τραυματισμών). Να είναι απλοί και εύκολοι στην χρήση. Για την ελαχιστοποίηση του πόνου το τρύπημα να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με κοφτερή και λεπτή ακίδα. Το τρύπημα και η επαναφορά της ακίδας να γίνεται αυτόματα ανεξάρτητα από τον χρόνο πίεσης του χειριστή και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για λόγους προστασίας του χειριστή να μην δύναται η επαναχρησιμοποίηση του σκαριφιστήρα έστω και από λάθος χειρισμό (η ακίδα να παραμένει καλυμμένη μετά την πρώτη και μοναδική της χρήση).	ΤΕΜ	1500	0,0519€

24197	44	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ Sod. Citrate 3,8%, ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 1ml (παιδιατρικά).	TEM	200	0,11€
24223	45	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 1ML EDTA K3 ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	1000	0,067€
24250	46	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ	TEM	2000	0,0155€
24182	47	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ	TEM	3000	0,0135€
69565	48	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΚΩΝΙΚΑ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ, 10 ml	TEM	8000	0,019€
68336	50	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΙΣΤΟΚΙΝΝΕΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΑΣ - ΤΥΠΟΣ LEICATP 1020)	TEM	2	131,00€
25198	51	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (X-TRACT model SCASI)	TEM	1	290,00€
25087	52	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΧΡΩΣΗΣ - ΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΤΥΠΟΣ Thermo scientific)	TEM	3	194,00€
24413	53	ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ 40 Χ40cm πακέτο των 500 φύλλων	TEM/ΦΥΛΛΟ	8000	0,0358€
24440	54	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	TEM	1	9,00€
64364	55	ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΤΡΑ	TEM	3	6,00€
24198	57	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 9-10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA K2. Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα. Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, ENISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates.	TEM	10000	0,082€
	58	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ	TEM	10	1,20€

Η ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τα προϊόντα που ζητούνται στους κωδικούς με

α/α (24373) και α/α (24107) θα πρέπει να έχουν πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους.

Τα προϊόντα που ζητούνται στους κωδικούς με Α/Α: 31(25089), 32(24497), 33(60215), 34(24229), 35(24159), 36(24162), 38(24482), 39(26001), 44(24197) και 45(24223) θα πρέπει να έχουν πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες συνθήκες:

- 1) Πρέπει να έχουμε απόλυτη συμβατότητα βελόνης-πεταλούδας αιμοληψίας με τον υποδοχέα.
- 2) Να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή και εύκολη διάτρηση του φιαλιδίου κενού.
- 3) Να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή πλήρωση του φιαλιδίου κενού (ορθή αναλογία αίματος-προσθέτου)
- 4) Να αποφεύγονται τα λάθη λόγω αιμολύσεων ή ινικών στα φιαλίδια, τα οποία οδηγούν σε επαναλήψεις, σπατάλη εργατοωρών και συνεπώς αύξησης κόστους του εργαστηρίου σε πρώτο και δεύτερο χρόνο.
- 5) Για τα παραπάνω είδη οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν απαραίτητως και δείγματα.