

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΑΓΟΝΑ ΕΙΔΗ)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ Ν/ΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
1.4	64378	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων 3 X 50 X 300	Τεμ	60
2.5	36696	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων στρόγγυλη 8 X 100 X 300	Τεμ	80
3.6	19487	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών χάλκινα 15 X 40 X 180	Τεμ	100
4.7	72708	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων 3 X 50 X 450	Τεμ	40
5.8	36712	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων στρογγυλές 15 X 100 X 300	Τεμ	80
6.10	23429	Βούρτσα καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων στρόγγυλη 15*40*180		40
7.11	24976	Βούρτσες χεριών από τρίχα πολλαπλών χρήσεων μήκος 10εκ. Και πλάτος 4cm. Χωρίς αντισηπτικό. Να έχει μαλακή τρίχα, να μην ερεθίζει και να μην τραυματίζει το δέρμα. Να δέχεται πολλούς κλιβανισμούς και να μην επηρεάζεται το υλικό της από την θερμοκρασία. Να είναι κατάλληλες για τις υπάρχουσες βουρτσοθήκες.	Τεμ	100
8.12	24067	Διαθερμία μιας χρήσεως με μπαταρία αποστειρωμένη ατομική συσκευασία ημερομηνία λήξης της συσκευασίας, εύκολη στην χρήσης έως 900ος.	Τεμ	20
9.20	24907	Μεταλλικός Εξωλκείας μεταλλικών ραμμάτων, πολλαπλών χρήσεων.	Τεμ	20
10.31	23889	Κάλυμμα μικροσκοπίου LEICA, κατασκευασμένο από διαφανές πολυαιθυλένιο, υψηλής αντοχής 104cm X 163cm. Με φακό (60mm) υψηλής ευκρίνειας.	Τεμ	10
11.35	68975	Καλώδιο σύνδεσης και συνδετικό ηλεκτροδίου γείωσης (επαναχρησιμοποιούμενο), για χρήση με το e7509 και e7509-b ηλεκτρόδιο γείωσης, καλώδιο μήκους 4.6m αποστειρωμένο.	Τεμ	8
12.44	25038	Λαστιχάκια σιλικόνης μήκους περίπου 45εκ. Για την ασφάλιση και σήμανση αρτηριών, φλεβών, νεύρων, ουρητήρων, σπερματικών πόρων αποστειρωμένα μιας χρήσης 1,3mm.	Τεμ	60
13.45	68971	Λαστιχάκια σιλικόνης μήκους περίπου 45εκ. Για την ασφάλιση και σήμανση αρτηριών, φλεβών, νεύρων, ουρητήρων, σπερματικών πόρων αποστειρωμένα μιας χρήσης 2mm.	Τεμ	60
14.46	25615	Λάστιχο Παροχέτευσης pen-rose No 1 ακτινοσκοιερές. Να είναι από latex, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία μήκους 30-50cm περίπου.	Τεμ	20
15.47	25613	Λάστιχο Παροχέτευσης pen-rose No 3/4 ακτινοσκοιερές. Να είναι από latex, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία μήκους 30-50cm περίπου.	Τεμ	40
16.48	68114	Λάστιχο Παροχέτευσης pen-rose No 3/8 ακτινοσκοιερές. Να είναι από latex, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία μήκους 30-50cm περίπου.	Τεμ	80
17.49	25538	Λάστιχο Παροχέτευσης pen-rose No 5/8 ακτινοσκοιερές. Να είναι από latex, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία μήκους 30-50cm περίπου	Τεμ	60
18.51	23976	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Να είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη: • Να είναι ακτινοσκοιερό • Να είναι αποστειρωμένο • Να είναι μιας χρήσεως • Να διατίθεται σε διαστάσεις 25,4cm x 40,6 cm (+ - 1 cm) • Να διαθέτει θήκες στερέωσης. • Να είναι latex free • Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση • Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης των προσφερομένων.	Τεμ	60
19.52	25141	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. • Να είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη: • Να είναι ακτινοσκοιερό • Να είναι αποστειρωμένο • Να είναι μιας χρήσεως • Να διατίθεται σε διαστάσεις 40,6 cm X 50,8 cm (+ - 1 cm) • Να διαθέτει θήκες στερέωσης. • Να είναι latex free • Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση • Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης των προσφερομένων.	Τεμ	80
20.54	23525	ΜΑΣΚΑ χειρουργείου με άνθρακα	Τεμ	400
21.61		Πεδίο - σάκος δαπέδου χειρουργείου περισυλλογής υγρών (πράσινο), το πεδίο να είναι κατασκευασμένο από κυτταρίνη και πολυακρυλική σόδα και απορροφά μέχρι 8lt υγρών, μετατρέποντας τα σε gel μέσα σε μια θήκη από ίνες πολυπροπυλενίου, διαστάσεων: 730 X 370mm.	Τεμ	80
22.63	23937	Πεδίο αποστειρωμένο πλαστικό, διαφανές, με απόλυτη εφαρμογή, για τα οφθαλμολογικά μηχανήματα.	Τεμ	20
23.70	25788	ΠΟΔΙΑ ακτινοπροστασίας ελαφριού και μη τύπου I, xl, xxl (να συνοδεύονται από περιλαίμιο)	Τεμ	2
24.71		Ποδιές πλαστικές με κορδόνια για διουρηθρικές επεμβάσεις με σύστημα συλλογής λημμάτων και με σωλήνα αποβολής των υγρών μιας χρήσεως αποστειρωμένες.	Τεμ	8

25.75	23251	ΣΑΚΟΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 1.0LT έκαστο. Διπλό σετ χορήγησης εντερικής διατροφής και ενυδάτωσης . Το σετ να αποτελείται από γραμμή εντερικής διατροφής με σάκο 1000 ml και σε παράλληλη σύνδεση ένα σάκο χορήγησης ύδατος χωρητικότητας τουλάχιστον 1000ml. Να προσφέρονται μαζί το ειδικό ρύγχος για σύνδεση με το καθετήρα σίτισης στον ασθενή και το πώμα για τη θύρα χορήγησης φαρμάκων στο απώτερο άκρο (τύπου ENFit). Να είναι απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP free) και αποστειρωμένο και να συνοδεύεται από αντλία χορήγησης εντερικής διατροφής με δυνατότητα προγραμματισμένης έκπλυσης της γραμμής χορήγησης της διατροφής για αποφυγή απόφραξης αυτής Να είναι απολύτως συμβατό με την εγκατεστημένη στο τμήμα αντλία χορήγησης εντερικής διατροφής Kangaroo e-Pump.	Τεμ	20
26.88	24985	Σακούλα πλαστική με κορδόνι από ενισχυμένο διαφανές πλαστικό διαστάσεων 65 X 60cm. Αποστειρωμένη.	Τεμ	100
27.102	69822	Spray ταχείας epούλωσης κατακλίσεων	Τεμ	40
28.103	37361	Striper μιας χρήσης για τον εφελκυσμό για την αφαίρεση επιφανειακών κισρών. Από πολυαμίδιο αποστειρωμένο έτοιμο προς χρήση αποτελούμενο από 2 εκριζωτήρες κισρών μήκους 100εκ. 3 κεφαλές 9,5mm - 12,8mm & 15,9mm διαμέτρου περίπου και μια λαβή 8εκ περίπου. Να μην διαθέτει μνήμη.	Τεμ	60
29.119	25018	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 6,0mm, εξωτερική διάμετρος 8,0mm.	Μέτρο	20
30.120	25528	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 5,0mm, εξωτερική διάμετρος 8,0mm.	Μέτρο	2
31.121	24998	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 8,0mm, εξωτερική διάμετρος 13,0mm.	Μέτρο	800
32.122	68638	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 7,0mm, εξωτερική διάμετρος 10,0mm.	Μέτρο	1.000
33.123	25525	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 2,0mm, εξωτερική διάμετρος 4,0mm.	Μέτρο	1.000
34.124	25530	Σωλήνες (λάστιχα) παροχέτευσης - αναρρόφησης σιλικόνης σε ρολά μη αποστειρωμένα. Λάστιχο παροχέτευσης σιλικόνης μη τοξικό με δυνατότητα κλιβανισμού. Σωλήνας διαφανής από καθαρή σιλικόνη silastic. Να έχει δυνατότητα κλιβανισμού στους 134-138 βαθμούς κελσίου να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα και να μην δημιουργείται κίνδυνος σύγκλισης των τοιχωμάτων κατά τη χρήση. Εσωτερική διάμετρος 6,0mm, εξωτερική διάμετρος 9,0mm.	Μέτρο	1.000
35.125	38258	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ KEHR LATEX ΜΗΚΟΥΣ 80 X 5 X 5 CM ΜΕΓΕΘΟΣ 14ch	τεμ	4
36.126	38263	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ KEHR LATEX ΜΗΚΟΥΣ 80 X 5 X 5 CM ΜΕΓΕΘΟΣ 16ch	τεμ	8
37.127	38261	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ KEHR LATEX ΜΗΚΟΥΣ 80 X 5 X 5 CM ΜΕΓΕΘΟΣ 18ch	τεμ	8
38.129	23864	Τάπητας απορροφητικός αυτοκόλλητος αντιολισθητικός 80 X 120cm (αντιμικροβιακός χειρουργείου)	ΦΥΛΛΟ	2.000
39.132	68576	ΦΙΛΤΡΑ αίματος κατακράτησης μικροπηγμάτων	Τεμ	2
40.144	25050	Χειρουργικό πεδίο για επεμβάσεις ισχίου: αποστειρωμένο, non woven, υδρόφοβο, αδιάβροχο με δυο (2) τουλάχιστον στρώσεις, αντιμικροβιακή ενίσχυση, με μεγάλη απορροφητικότητα, με δυνατότητα στήριξης σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων, με ελαστική οπή. Διαστάσεις πεδίου: 250-300cm X 300-350cm. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία που να μην καταλύει την άσηπτη τεχνική.	Τεμ	40
41.145	37995	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 10	Τεμ	2.000
42.146	37999	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 11	Τεμ	2.000
43.147	38000	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 12	Τεμ	1.000
44.148	38001	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 15	Τεμ	1.000
45.149	37996	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 20	Τεμ	2.000
46.150	37997	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 21	Τεμ	2.000
47.151	37998	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ No 22	Τεμ	1.000
48.152	37977	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ No 10	Τεμ	1.000
49.153	37978	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ No 11	Τεμ	2.000

50.154	37972	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 12	Τεμ	1.000
51.155	37973	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 15	Τεμ	1.000
52.156	37974	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 20	Τεμ	1.000
53.157	37975	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 21	Τεμ	1.000
54.158	38002	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 22	Τεμ	1.000
55.159	71130	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΤΑΣ (ΣΠΟΓΓΟΙ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ.	τεμ	100
56.177	71260	ΤΑΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΔΕ: FONDVB7 (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ FUJINON-FUJIFILM).	ΤΕΜ	100
57.178	71261	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΑ (ΜΠΛΕ) ΚΟΔΕ: AW500 (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ FUJINON-FUJIFILM).	ΤΕΜ	4
58.179	71262	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ) ΚΟΔΕ: SB500 (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ FUJINON-FUJIFILM).	ΤΕΜ	4
59.206	71257	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ: 1.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΗΘΡΩΝ. 2.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 11ml. 3.ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.	ΤΕΜ	2.400
60.207	71729	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3gr (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ Α/Α 208 - 71730).		6
61.208	71730	ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ Α/Α 207 - 71729).		40
62.217	68627	ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ.		4
63.218	71581	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΓΩΝ 990ml ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ VACULTA.		6
64.219	68639	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 Χ 14		100
65.220	25533	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8 Χ 13		600
66.221	71755	ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 FL Χ 2ΜL).		40
67.225	68230	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) Νο 47		4
68.226	68231	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) Νο 45		4
69.227	68232	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) Νο 43		6