



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ακριβές απόσπασμα της 2ης/06-02-2026  
Τακτικής Συνεδρίασης**

Στην Έδεσσα σήμερα, στις **06-02-2026**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **13:45' μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευάγγελου Λόγγου (ΦΕΚ διορισμού τ. ΥΟΔΔ/ 1049/19-08-2025) σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε με την αριθ.Γ4β/24834/05-11-2024 (ΦΕΚ 1270/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2024) απόφαση του Υπουργού Υγείας και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ4β/οικ.:37837/01-09-2025 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ/1162/08-09-2025) Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 5243/2025 (ΦΕΚ τ. Α/187/31-10-2025) «Επιαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω αναγραφόμενων θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Λόγγος Ευάγγελος, Διοικητής του Γ.Ν. Πέλλας – Πρόεδρος Δ.Σ. και τα μέλη :

- κ. Τραούδα Βασιλική, Αντιπρόεδρος ΔΣ
- κ. Αγγέλου Μαρία Ζωή, τακτικό μέλος
- κ. Δικόφτης Απόστολος αναπληρ. μέλος-εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου
- κ. Μπαδινάκης Ιωάννης, τακτικό μέλος
- κ. Παυλίδου Σοφία, τακτικό αιρετό μέλος
- κ. Ταμβίσκου Ευτυχία, τακτικό μέλος
- κ. Χατζηηλιάδης Θωμάς, αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπος περιφέρειας

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας και με την παρουσία της Διοικητικού υπαλλήλου Πρέντζα Αγγελικής που εκτελεί χρέη Γραμματέως του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση.

**ΕΗΔ**

<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV:33140000-3) Διακήρυξη Αριθ. «40/2025».
----------------------------	---

Στο Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο η υπ' αριθμ. πρωτ. 987/06-02-2026 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Έδεσσας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. Δ. 496/74 ( ΦΕΚ 207/Α/74) «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
3. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις».
5. Την Υπουργική Απόφαση Α1α/2517/4-3-98 (ΦΕΚ 366/Β/98) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/53».
6. Την υπ' αριθμ. 20244710/602/0026/98 (ΦΕΚ431/Β/98) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95».
7. Τον Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας έτους 2026.
10. Την υπ' αριθ. 23ης/10.12.2025 (θέμα 22ο) (ΑΔΑ: ΨΜΥΛ4690ΒΛ-2ΡΡ) απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).

11. Την υπ' αριθ.40/2025 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).
12. Την υπ' αριθ.10159/15.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ6114690ΒΛ-ΚΩΓ) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3).
13. Το πρακτικό της επιτροπής με ημερομηνία 05.02.2026, το οποίο έχει ως εξής:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ (CPV: 33140000-3) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. «40/2025»**

Σήμερα στην Έδεσσα **30.12.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια **ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV: 33140000-3)** για τις ανάγκες του Γ. Ν. Έδεσσας με αριθμό Διακήρυξης **40/2025**.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθ. **23ης/10.12.2025 (θέμα 22ο) (ΑΔΑ: ΨΜΥΛ4690ΒΛ-2ΡΡ)** απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Πέλλας, έχει συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη **#11.650,00€#** για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η Επιτροπή διενέργειας της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης ορίστηκε με την αριθ. 10159/15.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ6114690ΒΛ-ΚΩΓ) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
3. ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών των παρακάτω εταιρειών:

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΔΡΑ	ΤΚ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.
1.	ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑ Λ Α.Ε.	ΜΙΑΟΥΛΗ 28Γ	ΓΕΡΑΚΑΣ	15344	2106090201	info@atlasmedical.gr	998413964	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2.	ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.	ΚΑΒΑΦΗ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1	ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15344	2106610849	<a href="mailto:info@euromartsa.com">info@euromartsa.com</a>	0942284004	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
3	ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	ΑΥΓΗΣ 60	ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ	14564	2106203000	info@gcp.gr	094133588	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
4.	MEDICARE HELLAS AE	Κάλβου 2 & Παλαιόλογου	ΑΘΗΝΑ	15232	2106080143	info@medicare-hellas.gr	095367968	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
5.	ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΓΚΙΩΝΑΣ 1 <sup>Α</sup>	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	14451	2102020232	info@coloplast.gr	082525697	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Παρελθούσης της ώρας και λόγω της αναγκαιότητας εξέτασης των δειγμάτων η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση. Η επιτροπή συνεδρίασε ξανά στις 12.01.2026 και στις 05.02.2026 ώστε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών εταιρειών και διαπίστωσε ότι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ										ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.	ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.	ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	MEDICARE HELLAS	ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (ΕΚΑΤΟΣΤ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (ΧΙΛΙΟΣΤ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
1	37136	2	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	45	72	0,144		ΑΠΟΔΕΚΤΟ			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>														
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (ΕΚΑΤΟΣΤ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (ΧΙΛΙΟΣΤ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
2	37445	70	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	60	180	0,3		ΑΠΟΔΕΚΤΟ			
3	37564	95	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39	288	0,144		ΑΠΟΔΕΚΤΟ			
4	37565	114	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24	108	1,99	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ</b> I διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει το μήκος του ράμματος είναι 45	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>

										9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές		εκατοστά και όχι 75 εκατοστά όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	
5	36774	69	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόππουσα	75	50	<b>180</b>	<b>0,24</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b>														
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
6	37447	26	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>144</b>	<b>2,01</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος το μήκος του ράμματος είναι 45 εκατοστά και όχι 75 εκατοστά όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει η βελόνα δεν είναι κύκλου στρογγυλή, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές

7	37442	38	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 του κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα πλαστικής	45	26	<b>216</b>	<b>0,24</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>														
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙ ΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑ Τ (εκατοσ τ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗ Σ (χιλιοστ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ					
8	69150	102	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή,	75	40	<b>72</b>	<b>2,09</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρογγυλή βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤ Ο</b>
9	37728	104	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή θηλειά	150	48	<b>108</b>	<b>2,99</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤ Ο</b>
10	69685	112	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	100	40	<b>144</b>	<b>1,99</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤ Ο</b>
11	37052	114	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	100	40	<b>360</b>	<b>0,53</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			
12	37590	120	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου	75	39	<b>288</b>	<b>0,25</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ														
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
13	72058	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα ενισχυμένη	100	40	<b>144</b>	<b>2,09</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρόγγυλη βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρόγγυλη βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρόγγυλη βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρόγγυλη βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι προσφέρει στρόγγυλη βελόνη και όχι κόπτουσα όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές
14	37566	12	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30	<b>144</b>	<b>0,22</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			
15	37729	24	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19	<b>144</b>	<b>0,24</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			
16	69686	33	3/0	2	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου	45	30	<b>108</b>	<b>2,9</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>			

					κόπτουσα									
1 7	37586	46	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	46	19	<b>72</b>	<b>2,59</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>
1 8	37917	81	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	11	<b>72</b>	<b>5,37</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά ΑΙΣΙ, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά ΑΙΣΙ, με περιεκτικότητ α νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά ΑΙΣΙ, με περιεκτικότητ α νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι δεν διαθέτει 2 βελόνες, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφ ές	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>
1 9	71429	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντίστροφη κόπτουσα ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ Σ ΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ	70	26	<b>72</b>	<b>4,76</b>				<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	
2 0	71638	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	30	<b>36</b>	<b>0,61</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος η βελόνη δεν είναι			



2 2	72029	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή (αντιμικροβιακό )	75	31	<b>36</b>	<b>4,46</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος η βελόνα δεν έχει μήκος 31 χιλιοστά όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>													
A/ A	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙ ΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑ Τ (εκατοσ Τ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗ Σ (χιλιοστ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ				
2 3	37730	115	1	4	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150		<b>144</b>	<b>0,66</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
2 4		ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	3/0		Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	58	<b>72</b>	<b>1,4</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
A/ A	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΙ ΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑ Τ (εκατοσ Τ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗ Σ (χιλιοστ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ				
2 5	69153	130	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48	<b>244</b>	<b>0,6</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
2 6	37751	157	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>72</b>	<b>0,602</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
2	37593	203	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1	150		<b>36</b>	<b>0,75</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		

7										τεμάχιο			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Β: Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ				
28	69152	211	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>244</b>	<b>0,705</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
29	36802	215	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>180</b>	<b>0,42</b>		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>		
30	37732	227	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>468</b>	<b>2,26</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>
31	37815	244	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	<b>2,09</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος η βελόνα δεν έχει μήκος 37 χιλιοστά όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά ΑΙSΙ, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>														
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
32	65647	308	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>72</b>	<b>4,85</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αντιμικροβιακό, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	
33	65646	310	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	<b>4,85</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αντιμικροβιακό, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	
34	69149	315	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>108</b>	<b>3,5</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αντιμικροβιακό, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	
35	65648	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31	<b>360</b>	<b>3,5</b>		<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι μετά την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε ότι δεν		<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	

										είναι αντιμικροβιακό, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές				
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες.</b>														
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
36	37446	14	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40	<b>108</b>	<b>5,11</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ I</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</b> διότι οι βελόνες δεν αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>	<b>ΑΠΟΔΕΚΤΟ</b>

- Για το είδος με α/α 13 η διαδικασία κρίνεται άγונה καθώς έχουν απορριφθεί οι προσφορές στην τεχνική αξιολόγηση.
- Για το είδος με α/α 20 η διαδικασία κρίνεται άγונה καθώς δεν έχουν κατατεθεί προσφορές.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και κατέγραψε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ												ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚ ΑΛ Α.Ε.	ΕΥΡΟΜΑ ΡΤ Α.Ε.	ΓΕΝΙΚ Η ΧΗΜΙΚ ΩΝ ΠΡΟΙΟ ΝΤΩΝ Α.Ε.	MEDIC ARE HELLAS	ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓ ΕΝΗΣ Α.Ε.	
Α/Α	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟΚ ΟΜΕΙΟ Υ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚ ΟΣ ΡΑΜ ΜΑΤ (εκατ οστ)	ΜΗΚ ΟΣ ΒΕΛΟ ΝΗΣ (χιλιο στ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ						
1	37136	2	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	45	<b>72</b>	<b>0,144</b>	13	TEM		<b>0,24 €</b>				
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																	
Α/Α	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟΚ ΟΜΕΙΟ Υ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚ ΟΣ ΡΑΜ ΜΑΤ (εκατ οστ)	ΜΗΚ ΟΣ ΒΕΛΟ ΝΗΣ (χιλιο στ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ						
2	37445	70	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	60	<b>180</b>	<b>0,3</b>	13	TEM		<b>0,42 €</b>				
3	37564	95	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39	<b>288</b>	<b>0,144</b>	13	TEM		<b>0,37 €</b>				
4	37565	114	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24	<b>108</b>	<b>1,99</b>	13	TEM					<b>1,99 €</b>	

5	36774	69	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	50	<b>180</b>	<b>0,24</b>		TEM		<b>0,34 €</b>			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
6	37447	26	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>144</b>	<b>2,01</b>	13	TEM	<b>1,00 €</b>			1,99 €	
7	37442	38	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 του κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα πλαστικής	45	26	<b>216</b>	<b>0,24</b>	13	TEM		0,40 €			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
8	69150	102	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή,	75	40	<b>72</b>	<b>2,09</b>	13	TEM	<b>1,00 €</b>			2,08 €	2,09 €
9	37728	104	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή θηλειά	150	48	<b>108</b>	<b>2,99</b>	13	TEM	0,96 €	<b>0,60 €</b>		2,98 €	2,99 €
10	69685	112	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	100	40	<b>144</b>	<b>1,99</b>	13	TEM	1,00 €	<b>0,42 €</b>		1,98 €	1,99 €
11	37052	114	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	100	40	<b>360</b>	<b>0,53</b>	13	TEM		<b>0,42 €</b>			
12	37590	120	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39	<b>288</b>	<b>0,25</b>	13	TEM		<b>0,42 €</b>			
13	72058	ΔΕΝ ΑΝΤΙ	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	100	40	<b>144</b>	<b>2,09</b>	13	TEM					

		ΣΤΟΙ ΧΕΙ			ενισχυμένη												
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ</b>																	
A/A	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟΚ ΟΜΕΙΟ Υ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚ ΟΣ ΡΑΜ ΜΑΤ (εκατ οστ)	ΜΗΚ ΟΣ ΒΕΛΟ ΝΗΣ (χιλιο στ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ						
14	37566	12	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30	<b>144</b>	<b>0,22</b>	13	TEM		<b>0,35 €</b>				
15	37729	24	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19	<b>144</b>	<b>0,24</b>	13	TEM		<b>0,35 €</b>				
16	69686	33	3/0	2	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	30	<b>108</b>	<b>2,9</b>	13	TEM	1,30 €	<b>0,35 €</b>				
17	37586	46	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	46	19	<b>72</b>	<b>2,59</b>	13	TEM	1,40 €	<b>0,35 €</b>		2,58 €	2,59 €	
18	37917	81	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	11	<b>72</b>	<b>5,37</b>	13	TEM					<b>5,37 €</b>	
19	71429	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντίστροφη κόπτουσα ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ	70	26	<b>72</b>	<b>4,76</b>		TEM				<b>4,64 €</b>		
20	71638	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου κόπτουσα	75	30	<b>36</b>	<b>0,61</b>		TEM						
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																	
A/A	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΟΣΟΚ ΟΜΕΙΟ Υ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚ ΟΣ ΡΑΜ ΜΑΤ (εκατ οστ)	ΜΗΚ ΟΣ ΒΕΛΟ ΝΗΣ (χιλιο στ)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ						

21	37881	143	3/0	2	Με 1 βελόνη, ευθεία κόπτουσα για ενδοδερμική ραφή (2BEADS+2COLL)	75	60	<b>108</b>	<b>18,9</b>	13	TEM					<b>18,90 €</b>
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>																
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
22	72029	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή (αντιμικροβιακό)	75	31	<b>36</b>	<b>4,46</b>		TEM			<b>1,8600 €</b>	4,45 €	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
23	37730	115	1	4	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150		<b>144</b>	<b>0,66</b>	13	TEM			<b>1,50 €</b>		
24		ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	3/0		Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	58	<b>72</b>	<b>1,4</b>		TEM			<b>1,00 €</b>		
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα</b>																

<b>χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
25	69153	130	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48	<b>244</b>	<b>0,6</b>	13	TEM		<b>1,10 €</b>			
26	37751	157	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>72</b>	<b>0,602</b>	13	TEM		<b>1,10 €</b>			
27	37593	203	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150		<b>36</b>	<b>0,75</b>	13	TEM		<b>1,20 €</b>			
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7B: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>																
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
28	69152	211	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>244</b>	<b>0,705</b>	13	TEM		<b>0,78 €</b>			
29	36802	215	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>180</b>	<b>0,42</b>	13	TEM		<b>0,78 €</b>			
30	37732	227	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>468</b>	<b>2,26</b>	13	TEM	1,70 €	<b>0,81 €</b>	1,9100 €	2,25 €	
31	37815	244	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	<b>2,09</b>	13	TEM	<b>1,70 €</b>		1,7300 €	2,08 €	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη</b>																

<b>λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>															
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
32	65647	308	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>72</b>	<b>4,85</b>	13	TEM				<b>4,84 €</b>
33	65646	310	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	<b>4,85</b>	13	TEM				<b>4,84 €</b>
34	69149	315	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>108</b>	<b>3,5</b>	13	TEM				<b>3,49 €</b>
35	65648	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31	<b>360</b>	<b>3,5</b>	13	TEM				<b>3,49 €</b>
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες.</b>															
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
36	37446	14	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40	<b>108</b>	<b>5,11</b>	0	TEM				5,09 € <b>4,83 €</b>

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:

- κρίνει τις τιμές συμφέρουσες και ομόφωνα προτείνει την κατακύρωση των ειδών στις εταιρείες όπως παρακάτω:

**1. ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ											ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
6	37447	26	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>144</b>	13	TEM	<b>1,00 €</b>	144,00 €	162,72 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
8	69150	102	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 του κύκλου στρογγυλή,	75	40	<b>72</b>	13	TEM	<b>1,00 €</b>	72,00 €	81,36 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Β: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
31	37815	244	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	13	TEM	<b>1,70 €</b>	122,40 €	138,31 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>													<b>338,40 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>													<b>382,39 €</b>

**2. ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ											ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
1	37136	2	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	45	<b>72</b>	13	TEM	<b>0,24 €</b>	17,28 €	19,53 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
2	37445	70	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	60	<b>180</b>	13	TEM	<b>0,42 €</b>	75,60 €	85,43 €
3	37564	95	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39	<b>288</b>	13	TEM	<b>0,37 €</b>	106,56 €	120,41 €
5	36774	69	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	50	<b>180</b>	13	TEM	<b>0,34 €</b>	61,20 €	69,16 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
9	37728	104	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή θηλειά	150	48	<b>108</b>	13	TEM	<b>0,60 €</b>	64,80 €	73,22 €
10	69685	112	0	3.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	100	40	<b>144</b>	13	TEM	<b>0,42 €</b>	60,48 €	68,34 €
11	37052	114	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	100	40	<b>360</b>	13	TEM	<b>0,42 €</b>	151,20 €	170,86 €
12	37590	120	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	39	<b>288</b>	13	TEM	<b>0,42 €</b>	120,96 €	136,68 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
14	37566	12	2/0	3	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	30	<b>144</b>	13	TEM	<b>0,35 €</b>	50,40 €	56,95 €
15	37729	24	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	19	<b>144</b>	13	TEM	<b>0,35 €</b>	50,40 €	56,95 €
16	69686	33	3/0	2	Με 1 βελόνη 3/8 κύκλου κόπτουσα	45	30	<b>108</b>	13	TEM	<b>0,35 €</b>	37,80 €	42,71 €
17	37586	46	4/0	1.5	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	46	19	<b>72</b>	13	TEM	<b>0,35 €</b>	25,20 €	28,48 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
23	37730	115	1	4	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150		<b>144</b>	13	TEM	<b>1,50 €</b>	216,00 €	244,08 €
24		ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	3/0		Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου ευθεία κόππουσα	75	58	<b>72</b>	13	TEM	<b>1,00 €</b>	72,00 €	81,36 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
25	69153	130	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	48	<b>244</b>	13	TEM	<b>1,10 €</b>	268,40 €	303,29 €
26	37751	157	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>72</b>	13	TEM	<b>1,10 €</b>	79,20 €	89,50 €
27	37593	203	3/0	2	Χωρίς βελόνη, 1 τεμάχιο	150		<b>36</b>	13	TEM	<b>1,20 €</b>	43,20 €	48,82 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Β: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
28	69152	211	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	<b>244</b>	13	TEM	<b>0,78 €</b>	190,32 €	215,06 €
29	36802	215	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>180</b>	13	TEM	<b>0,78 €</b>	140,40 €	158,65 €
30	37732	227	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40	<b>468</b>	13	TEM	<b>0,81 €</b>	379,08 €	428,36 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>											<b>2.210,48 €</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>											<b>2.497,84 €</b>		

**3. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ											ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>													
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτινή ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά ΑΙΣΙ, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
22	72029	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή (αντιμικροβιακό)	75	31	36	13	TEM	1,8600 €	66,96 €	75,66 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>													<b>66,96 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>													<b>75,66 €</b>

**4. MEDICARE HELLAS AE**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ											ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ MEDICARE HELLAS ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			

19	71429	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου αντίστροφη κόπτουσα ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ	70	26	<b>72</b>		TEM	<b>4,64 €</b>	334,08 €	377,51 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠ Υ	US P	GAUG E	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοσ Τ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗ Σ (χιλιοστ )	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΦΠ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ			
32	65647	308	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>72</b>	13	TEM	<b>4,84 €</b>	348,48 €	393,78 €
33	65646	310	2/0	3	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	37	<b>72</b>	13	TEM	<b>4,84 €</b>	348,48 €	393,78 €
34	69149	315	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	26	<b>108</b>	13	TEM	<b>3,49 €</b>	376,92 €	425,92 €
35	65648	ΔΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΕΙ	3/0	2	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	70	31	<b>360</b>	13	TEM	<b>3,49 €</b>	1.256,40 €	1.419,73 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>											<b>2.664,36 €</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>											<b>3.010,73 €</b>		

**5. ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ Α.Ε. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-</b>			

στρέβλωση.													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	US P	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
4	37565	114	3/0	2	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	24	<b>108</b>	13	TEM	<b>1,99 €</b>	214,92 €	242,86 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	US P	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
18	37917	81	6/0	0.7	Με 2 βελόνες, 3/8 κύκλου στρογγυλές	60	11	<b>72</b>	13	TEM	<b>5,37 €</b>	386,64 €	436,90 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	US P	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
21	37881	143	3/0	2	Με 1 βελόνη, ευθεία κόπτουσα για ενδοδερμική ραφή (2BEADS+2COLL)	75	60	<b>108</b>	13	TEM	<b>18,90 €</b>	2.041,20 €	2.306,56 €
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες.</b>													
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ	US P	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλίοστ)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΦΠΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
36	37446	14	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40	<b>108</b>	13	TEM	<b>4,83 €</b>	521,64 €	589,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>											<b>3.164,40 €</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>											<b>3.575,77 €</b>		

Το παρόν Πρακτικό και ο πίνακας τιμών τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής, συνολικού κόστους **#9.542,40€#**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% (8.444,60€ χωρίς ΦΠΑ), και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες.

**Έδεσσα, 05.02.2026**

ΤΑ ΜΕΛΗ».

Κατόπιν των ανωτέρω,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθ. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος «40/2025», για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3) του Γ.Ν. Έδεσσας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή.
2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες.
3. Την προμήθεια των ειδών με α/α 13 και 20 με νέα διαδικασία.

Το Δ.Σ παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

### **αποφασίζει**

Εγκρίνει:

1. το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αριθ. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος «40/2025», για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ με (CPV:33140000-3) του Γ.Ν. Έδεσσας, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή,
2. τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις μειοδότες εταιρείες και
3. την προμήθεια των ειδών με α/α 13 και 20 με νέα διαδικασία.

---

Ακριβές Απόσπασμα

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Πρέντζα Αγγελική

Ευάγγελος Λόγγος