

## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3η -Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προς : Γραφείο Προμηθειών

**ΘΕΜΑ: Προμήθεια βραχιόνων συγκράτησης κυκλωμάτων αναισθησίας.****Σκοπιμότητα χρήσης βραχιόνων συγκράτησης κυκλωμάτων αναισθησίας.**

Ζητείται η προμήθεια βραχιόνων συγκράτησης κυκλωμάτων αναισθησίας για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος. Τα κυκλώματα αναισθησίας αποτελούν βασικό τμήμα της παροχής αερίων και του αερισμού του ασθενούς, συνεπώς η ασφαλής στήριξη και ορθή τοποθέτησή τους είναι ουσιώδης για την απρόσκοπτη λειτουργία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Η χρήση των βραχιόνων συγκράτησης συμβάλλει στην ασφαλή στήριξη και δρομολόγηση των αναπνευστικών κυκλωμάτων, στη μείωση κινδύνου έλξης, αποσύνδεσης ή σύνθλιψης αυτών, στη βελτίωση της εργονομίας του χώρου εργασίας και στην αναβάθμιση της ασφάλειας του ασθενούς κατά την αναισθησιολογική πράξη. Το Αναισθησιολογικό τμήμα διαθέτει αντίστοιχους βραχιόνες οι οποίοι λόγω παλαιότητας είναι πλέον ακατάλληλοι προς χρήση.

**Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος**

- Μακρύς συνεχόμενος εύκαμπτος βραχιόνας στήριξης κυκλώματος αναισθησίας κατάλληλος για ασφαλή συγκράτηση σωλήνων/κυκλωμάτων αναισθησίας.
- Με δυνατότητα ρύθμισης θέσης, ύψους και κλίσης, για προσαρμογή στις ανάγκες του χειρουργικού πεδίου.
- Με σφιγκτήρα στερέωσης σε ράγα, στήλη ή κατάλληλη βάση, αναλόγως του υπάρχοντος εξοπλισμού.
- Με ανθεκτική κεφαλή σχήματος «λουλουδιού», κατασκευασμένη από PMMA (plexiglass), σταθερή, που να μπορεί να στηρίξει σωλήνες διατομής  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 4.5$ ,  $\varnothing 6$ ,  $\varnothing 17$ ,  $\varnothing 18$ ,  $\varnothing 19$ ,  $\varnothing 22$ ,  $\varnothing 24$  και  $\varnothing 31$ .

Η Διευθύντρια Αναισθησιολογικού

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν.ΠΕ.ΑΑΣ-Ο.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΡΑΓΔΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜΚΑ 19017101601