

- 1) 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 10 - 76mm. 2. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΥΛΙΓΙΣΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 3. ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΒΡΩΝΕΤΑΙ. 4. ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΓΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 5. ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. 6. ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ. 7. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- 2) ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60ΓΡ
- 3) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ . ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ .

3 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ
Δρ ΣΑΠΙΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ:16047202806 ΤΣΑΥ:97512

