

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Ο κ. Μπουτκάρης Γεώργιος (ΑΜΚΑ 01016918052) πάσχει από βαρεία οστεοαρθρίτιδα αριστερού ισχίου, έχει προγραμματισθεί για χειρουργική επέμβαση στις 02/06/20226 (ολική αρθροπλαστική ισχίου) λόγω της βαρύτητας και της ιδιαιτερότητας της πάθησης κρίνεται απαραίτητη η χρήση των παρακάτω υλικών τα οποία παρακαλώ να εγκρίνετε και να προμηθευτείτε με τη διαδικασία του επείγοντος.

Στυλεός χωρίς τσιμέντο

Μηριαία πρόθεση κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου για χρήση χωρίς τσιμέντο, με διπλή επικάλυψη πλάσματος τιτανίου και φιλμ υδροξυαπατίτη στο άνω τριτημόριο, τραπεζοειδούς γεωμετρίας σε μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο, με βελτιωμένη σχεδίαση αυχένα, για αυξημένο εύρος κίνησης. Οι στυλεοί να προσφέρονται σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μεγέθη και δύο (2) offset ανά μέγεθος. Να συνοδεύονται με τα απαραίτητα εργαλεία για τομές ελάχιστης παρεμβατικότητας (MIS) με ειδικά άγκιστρα με φωτισμό για οπίσθιες, προσθιοπλάγιες και πρόσθιες προσπελάσεις

33.5.6

Στυλεός με τσιμέντο

Στυλεός μηριαίου κατασκευασμένος από COCR για χρήση με τσιμέντο, τραπεζοειδούς γεωμετρίας σε μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο, με βελτιωμένη σχεδίαση αυχένα, για αυξημένο εύρος κίνησης. Οι στυλεοί να προσφέρονται σε τουλάχιστον έξι (6) μεγέθη και δύο (2) offset ανά μέγεθος.

33.5.2