

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι (ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση).

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου **προτύπου EN 14079:2003** και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον **πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003** δηλαδή:

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²),	18
Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm),	100+5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα,	50
Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm),	80+5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης,	30
Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m ²).	24

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 5 X 5cm ΑΠΛΗ 8 -ply

Οι γάζες να είναι συσκευασμένες **σε πακέτα των 100 τεμαχίων**, να είναι διπλωμένες ανά τεμάχιο και να είναι τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη με την ίδια φορά (χωρίς ατέλειες, ξέφτια ή χνούδια). Οι διαστάσεις να είναι **5 x 5cm 8 ply**. Τα υλικά συσκευασίας εσωτερικά, δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής,
2. Το είδος του περιεχομένου,
3. Η ημερομηνία παραγωγής,
4. Ο αριθμός παρτίδας,
5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος),
6. Η σήμανση ποιότητας CE με τον αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079 /2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η Επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. Κλπ.).

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου **βαρύνουν τον προμηθευτή.**

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από Κοινοποιημένο Οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας (Ιατρικές γάζες απλές), να είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ άρθρο 120 όπως ισχύει σήμερα ή σύμφωνα τον Κανονισμό 2017/745/ΕΕ (MDR) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.
Το πιστοποιητικό CE πρέπει να είναι Κατηγορίας IIα.
2. Το πιστοποιητικό CE πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναφέρει συγκεκριμένα τα REF των ειδών που πρέπει να ταυτίζονται με την τεχνική προσφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα σημεία 1,2 της παραγράφου αυτής θεωρούνται **απαράβατοι όροι**.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3^η ΥΠΕ ΜΑΤΕΡΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΛΛΕΣΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3^η ΥΠΕ ΜΑΤΕΡΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΛΕΣΣΑΣ
3^η ΥΠΕ ΜΑΤΕΡΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΛΕΣΣΑΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ