ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Έδεσσα: 09.11.2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	71544, 71545, 71546, 71547	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ CIRCURRER II (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ)	40 ΤΜΧ

1. Να επιτυγχάνει κυκλική αναστόμωση.
2. Να είναι αποστειρωμένος σε ειδική συσκευασία.
3. Να είναι μίας χρήσης.
4. Να φέρει αποστειρωμένο μίας χρήσης μεταλλικό στέλεχος, δίκην καμπάνας, από κράμα ψευδάργυρου για την προστασία της βαλάνου.
5. Να φέρει ρυθμιστικό διακόπτη για επίτευξη πλήρους και σταθερής καθήλωσης της ακροποσθίας στο προστατευτικό της βαλάνου μεταλλικό στέλεχος.
6. Να έχει διακόπτη ασφαλείας που θα χειρίζεται ο χειρουργός, ώστε υπό πλήρη έλεγχο να εκτελεί την αναστόμωση.
7. Να το χειρίζεται ο χειρουργός με την λαβή της άκρας χειρός.
8. Να φέρει συρραπτικά συρραφής από ανοξείδωτο ατσάλι.
9. Να φέρει κυκλική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
10. Να διαθέτει μεγέθη ώστε να καλύπτονται όλα τα μεγέθη βαλάνου πέους, ανεξαρτήτως ηλικίας.
11. Να έχει πιστοποίηση CE.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 24127001634