ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΠΠΔΕ 2026

ΚΩΔΙΚΟΣ Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ	Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ
62722	**5**	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 1000ml	**ΤΕΜ**	**400**
24399	**6**	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 30ml	**ΤΕΜ**	**400**
19889	**7**	ΔΟΧΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ 5000ml	**ΤΕΜ**	**100**
69570	**8**	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ	**ΤΕΜ**	**1.000**
24472	**9**	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60ml, ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΒΙΔΩΤΙ ΚΑΠΑΚΙ	**ΤΕΜ**	**20.000**
24438	**10**	ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΒΙ-ΟΡΤΙCA	**ΤΕΜ**	**20**
25969	**11**	ΕΔΡΑΝΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΚΕΚΛΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΕΚΑΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (HOLDER ΠΙΠΕΤΩΝ)	**ΤΕΜ**	**4**
73301	**14**	Ψηφιακό θερμόμετρο με καταγραφικό (data logger) Θερμοκρασίας -30°C έως 110°C για ψυγεία, καταψύκτες, κλίβανους. Χωρητικότητα καταγραφής (τουλάχιστον 32.000 σημείων). Ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα καταγραφής από 10" δευτερόλεπτα έως 24 ώρες. Συναγερμός υπερθέρμανσης και ανώτατα/κατώτατα όρια. Εξαγωγή δεδομένων με usb (Excel, PDF) και υποστήριξη λογισμικού σε περιβάλλον windows. Πιστοποίηση CE. Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.	**ΤΕΜ**	**12**
69576	**15**	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙ-ΟΡΤΙCA ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 24438 ΚΑΙ Α/Α 26	**ΤΕΜ**	**6**
24249	**16**	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24 Χ 24mm ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	**ΤΕΜ**	**30.000**
24248	**17**	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24 Χ 50mm ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	**ΤΕΜ**	**14.000**
24487	**18**	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΦΙΑΛΗ 500ml	**ΛΙΤΡΑ**	**4**
24425	**22**	ΜΠΑΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ (Hansaplast)	**ΤΕΜ**	**10.000**
24424	**23**	ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΡΟΛΟ 5cm Χ 10cm	**ΤΕΜ**	**100**
24156	**24**	ΠΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΟΥ 1ml ΜΑΚΡΙΑ 150mm ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ	**ΤΕΜ**	**80.000**
65499	**25**	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ 100 - 1000μl	**ΤΕΜ**	**2**
24153	**26**	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ 10 - 100μl	**ΤΕΜ**	**2**
24112	**27**	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΑ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΞΕΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ	**ΤΕΜ**	**12.000**
19982	**28**	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	**ΤΕΜ**	**8.000**
24114	**30**	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ NEWBAUER	**ΤΕΜ**	**2**
24197	**47**	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ Sod. Citrate 3,8%, ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 1ml (παιδιατρικά).	**ΤΕΜ**	**1.000**
24223	**48**	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 1ML EDTA K3 ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	**ΤΕΜ**	**1.000**
24250	**49**	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ	**ΤΕΜ**	**4.000**
24182	**50**	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ	**ΤΕΜ**	**6.000**
68336	**53**	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΑΣ ΤΥΠΟΣ LC67230673 LEICA TP1020/CV5030	**ΤΕΜ**	**4**
72749	**54**	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΑΣ ΤΥΠΟΣ LC67230674 LEICA TP1020/CV5030	**ΣΕΤ**	**4**
25087	**55**	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΤΜΩΝ ΧΡΩΣΗΣ - ΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΤΥΠΟΣ Thermo scientific)	**ΤΕΜ**	**6**
24413	**56**	ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ 40 Χ 40cm πακέτο των 500 φύλλων	**ΤΕΜ/ΦΥΛΛΟ**	**16.000**
24440	**57**	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	**ΤΕΜ**	**2**
64364	**58**	ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΤΡΑ	**ΤΕΜ**	**6**

Τα προϊόντα που ζητούνται στους κωδικούς 53 (68336), 54 (72749) θα πρέπει να έχουν πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους.
Τα προϊόντα που ζητούνται στον κωδικό με α/α 48 (24223) θα πρέπει να ικανοποιούν τις οδηγίες του EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) σύμφωνα με την οποία όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που απαρτίζουν το κλειστό σύστημα αιμοληψίας πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου επί ποινή απόρριψης. Η επιλογή και κατακύρωση, σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα αιμοληψίας έχουν πλήρη συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες συνθήκες:
1) Πρέπει να έχουμε απόλυτη συμβατότητα βελόνης-πεταλούδας αιμοληψίας με τον υποδοχέα.
2) Να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή και εύκολη διάτρηση του φιαλιδίου κενού.
3) Να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή πλήρωση του φιαλιδίου κενού (ορθή αναλογία αίματος-προσθέτου)
4) Να αποφεύγονται τα λάθη λόγω αιμολύσεων ή ινικών στα φιαλίδια, τα οποία οδηγούν σε επαναλήψεις, σπατάλη εργατοωρών και συνεπώς αύξησης κόστους του εργαστηρίου σε πρώτο και δεύτερο χρόνο.
5) **Για τα παραπάνω είδη οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν απαραιτήτως και δείγματα** .